# UNIGLOVES®

## Peach Pearl

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril, apricot
Puderfrei, Unsteril, Latexfrei

## Technisches Datenblatt

Rev.: 08-2013

CE

**Material:** Synthetiklatex

**Prüfparameter:**

| Prüfkriterien | Prüfstufe | AQL |
|---|---|---|
| Maße | S-2 | 4,0 |
| Physikalische Eigenschaften | S-2 | 4,0 |
| 1000-ml-Wasserdichtheitstest | G-1 | 1,5 |
| Sichtprüfung auf größere Fehler | G-1 | 1,5 |
| Sichtprüfung auf kleinere Fehler | G-1 | 2,5 |

**Maße:**

| Art-Nr. | 7801 | 7802 | 7803 | 7804 |
|---|---|---|---|---|
| Größe | XS = 5–6 | S = 6–7 | M = 7–8 | L = 8–9 |
| Breite | 75 ± 5 mm | 80 ± 10 mm | 95 ± 10 mm | 110 ± 10 mm |
| Länge | ≥ 240 mm | ≥ 240 mm | ≥ 240 mm | ≥ 240 mm |

**Materialstärke:**

| Meßpunkte | Eine Lage (mm) |
|---|---|
| Manschette (im Abstand von 25mm zum umbördelten Rand) | 0,08 ± 0,03 |
| Handfläche (in der Mitte der Handfläche) | 0,10 ± 0,03 |
| Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers) | 0,12 ± 0,03 |

**Physikalische Eigenschaften:**

| Parameter | Vor der Alterung | Nach der Alterung |
|---|---|---|
| Reißfestigkeit (N) | min. 6,0 | min. 6,0 |

**Puder:** Ungepudert

**Proteingehalt:** keine Proteine enthalten

**Manschette:** Umbördelt

**Design:** Beidhändig

**Oberfläche:** Angeraute Fingerspitzen

**Farbe:** Apricot

**Qualitätssicherung:** Erfüllen die Anforderungen von ASTM D 6124-06, EN 455 Teil 1–4
Hergestellt gemäß GMP.

**Verpackung:** 100 Stück pro Spender, 10 Spender pro Karton

**Hinweis:** Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.
Änderungen vorbehalten.

**UNIGLOVES** • Arzt- und Klinikbedarf Handelsgesellschaft mbH • Camp-Spich-Str. 71 • 53842 Troisdorf • Tel. 02241-93 23-0 • Fax 02241-93 23-297