



## Opal Pearl

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril, türkis  
Puderfrei, Unsteril, Latexfrei

## Technisches Datenblatt

Rev.: 08-2013



**Material:** Synthetiklatex

**Prüfparameter:**

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	1,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	2,5

**Maße:**

Art-Nr.	4101	4102	4103	4104
	Größe	XS = 5–6	S = 6–7	M = 7–8
Breite	75 ± 5 mm	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm

**Materialstärke:**

Meßpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 25mm zum umbördelten Rand)	0,08 ± 0,03
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0,10 ± 0,03
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0,12 ± 0,03

**Physikalische Eigenschaften:**

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Reißfestigkeit (N)	min. 6,0	min. 6,0

**Puder:**

Ungepudert

**Proteingehalt:**

keine Proteine enthalten

**Manschette:**

Umbördelt

**Design:**

Beidhändig

**Oberfläche:**

Angeraute Fingerspitzen

**Farbe:**

Türkis

**Qualitätssicherung:**

Erfüllen die Anforderungen von ASTM D 6124-06, EN 455 Teil 1–4  
Hergestellt gemäß GMP.

**Verpackung:**

100 Stück pro Spender, 10 Spender pro Karton

**Hinweis:**

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.  
Änderungen vorbehalten.